

## 脳ドック検査(MRI)の注意事項

MRI 検査は CT 検査と違いレントゲン検査ではありませんので被曝もなく安全な検査です。

大きな磁石の中で休んでいただくような環境ですが、強い磁力を利用しますので MRI 特有の注意点があります。金属製品は機械に吸い寄せられたり、体内の金属や歯科のインプラントなども強い影響を受けたりする事があります。また、鉄分を含む入れ墨・アートネイル・化粧などで発熱して火傷を生じた事例も報告されています。以下の項目を必ずご確認ください致します。

◎以下の項目に該当される方は、検査を受けることができません。

- ・ 心臓ペースメーカー・植え込み型除細動器等を装着されている方
- ・ 金属製の心臓人工弁を装着されている方
- ・ 神経刺激装置、脊椎刺激装置等のある方
- ・ はり治療による体内金属の植え込みをされている方
- ・ 人工内耳、可動型の義眼を装着されている方
- ・ 血管ステント挿入手術を 8 週間以内に受けられた方
- ・ 妊娠中あるいはその可能性のある方・・・(胎児に対する安全性が確立されていません)
- ・ アートメイク(眉・アイライン・唇)、入れ墨、タトゥー・・・(発熱により火傷の危険性があります)
- ・ 体重が 150 kg を超える方・・・(機器が正常に作動しません)
- ・ 閉所恐怖症の方

◎以下の項目に該当される方は、必ず事前にかかりつけの医療機関に確認していただき、ご連絡ください。(確認が取れない場合は検査が受けられません)

- ・ 歯科(口腔外科)によるインプラント・ブリッジ・歯科矯正をされている方・・・(正しく画像が作成されない場合があります)
- ・ 整形外科手術による体内金属を挿入されている方

## ◎検査前に取り外していただく物

- ・腕時計、髪留め、ヘアピン、入れ歯、コンタクトレンズ、マスカラ、アイシャドー  
使い捨てカイロ、エレキバン、湿布、アクセサリ類、マニキュア、ネイルアート  
めがね、コルセット、かつら（ウィッグ）、金属のついた服や下着、ヒートテックなどの発熱保  
温機能の衣類

## ◎検査前の準備について

- ・検査時は所持品を全てロッカーに入れてください。検査室内には何も持ち込めません。
- ・コンタクトレンズははずしていただきます。
- ・マスカラやアイシャドー等の化粧品は事前に落としておいてください。
- ・ネイルカラー（マニキュア、ペディキュア、ジェルネイル、マグネットネイル、スカルプチュア  
等）をされている方は必ず落としてお越しくください。（落とさずに来られた場合は検査が受けら  
れません）
- ・整髪料、増毛スプレー、制汗スプレーは検査当日の使用はやめてください。