

令和7年1月10日執行一般競争入札

仕 様 書

近江八幡市立総合医療センター

## 1. 技術要件の概要

本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術要件」という。)は別紙に示すとおりである。

## 2. その他（仕様に関する留意事項）

入札機器のうち薬事法に基づく製造承認が必要な医療用具に関しては入札時点でその承認を得ている物品であり、入札機器メーカーが所有するなかで最新のモデルシリーズもしくはバージョンにて提案すること。

（要求要件）

※1 別紙に定める機種にて見積を行うこと。

※2 搬入、据付、配線、配管、調整等の費用がかかる場合、同費用も含めること。

（その他の要件）

### 1 搬入・設置条件について以下の要件を満たすこと。

1-1 機器の搬入、据付、および試運転調整を行うこと。

1-2 本機器は当院が整備した配置スペース、電気、給排水、換気、空調等の諸条件に対し、機能可能であること。やむを得ず当院の整備した施設に改造が必要な場合は、現地確認の上、納入業者の負担で行うこと。

1-3 機器の現場内設置から使用開始までの養生管理、またはそれに伴う保険等は納入業者側の負担で行うこと。

1-4 落札から納入までの間に機器の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。

1-5 当院関連諸室に搬入・設置を行うこと。

1-6 既存機器の廃棄については適正に処理を行い、当入札に廃棄費用・マニフェスト作製費用を含むこと。

### 2 保守体制および保証期間について以下の要件を満たすこと。

2-1 通常の使用で発生した故障の修理及び定期点検を実施できる保守体制があること。

2-2 通常の業務時間において、障害連絡後速やかに対応できる体制が整っていること。

2-3 機器導入後 1 年間は、通常の使用により故障した場合の無償メンテナンス保証に応じることが可能であること。

### 3 その他、以下の要件を満たすこと。

3-1 取扱説明書を 1 部用意すること。

3-2 設置、稼動に際し、担当者への教育訓練を行うこと。