

7月3日執行医療機器購入に係る 質問&回答

No.	質 問 事 項	回 答
1	仕様書 別紙1 物品③セントラルモニタ(病棟用)および物品④セントラルモニタ(腎センター)において、それぞれiPadが必要台数1となっているが、複数台必要と思われるが1台の見積りで良かったですか。	ご指摘の件について、確認を行ったところ物品③および④においてそれぞれ4台必要とのことであり各4台で見積りを作成すること。