

物品① 透析用水作製装置 質問&回答

No.	質 問 事 項	回 答
1	仕様書 別紙 物品①について、内訳について機器が不足していると思われるので確認して欲しい。	確認したところ、既に内訳としてあげている機器以外に下記の機器が不足していることが分かりました。入札時は、下記の機器についても入札額に含めて応札ください。 ○追加機器 ・洗浄用連動BOX [数量2] ・中継BOX用ケーブル(1系統) [数量2] ・警報モニターセット[数量1]